

Главное управление гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР

12

Испытационному
психрометру

ТЕРМОМЕТР № 199350 КЗ (2585)

Поправки для приведения показаний термометра
к международной температурной шкале

При °C	-70	-60	-50	-40	-30	-20	-10	0
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Поправка в °C								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

При °C	+10	+20	+30	+40	+50	+60	+70	+80
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Поправка в °C								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Для удобства пользования поправками ниже дается
таблица в десятых долях градуса

От	До	Поправки	От	До	Поправки
-30.0	-27.1	-0.3	+25.3	+50.0	-0.1
-27.0	-23.9	-0.2			
-23.8	-20.7	-0.1			
-20.6	-2.3	0.0			
-2.2	+4.0	+0.1			
+4.1	+25.2	0.0			

Время проверки

ЯНВАРЬ 1974 г.

Проверен ОТК завода

Нач. ОТК

Ответственный поверитель

Признан годным инспекцией ГУГМС СССР

Инспектор

11231